

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความเค็ม

1. เป็นเครื่องวัดค่าร้อยละความเค็มหรือโซเดียมคลอไรด์ในตัวอย่างสารละลาย หน้าจอแสดงผลเป็น LCD แสดงผลแบบตัวเลขดิจิทัล
2. สามารถวัดความเค็มได้ในช่วงร้อยละ 0.00 – 10.0 ของความเข้มข้นของเกลือ
3. สามารถวัดอุณหภูมิของสารละลายได้ ตั้งแต่ 5.0 ถึงไม่น้อยกว่า 40.0 องศาเซลเซียส
4. มีความละเอียดในการอ่านค่าความเค็มสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.1 ความละเอียดในการอ่านค่าอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีความแม่นยำของการอ่านค่าความเค็มผิดพลาดไม่เกินร้อยละ ± 0.2 และความแม่นยำในการอ่านค่าอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส
6. สามารถชดเชยอุณหภูมิในช่วง 10 ถึงไม่น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียสได้
7. สามารถวัดตัวอย่างได้ภายใน 3 วินาทีต่อตัวอย่าง
8. สามารถใช้กับแบตเตอรี่ ขนาด AAA หรือ แบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์ หรือ ขนาด 1.5 โวลต์ได้
9. มีแบตเตอรี่อย่างน้อย 2 ชุด และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชุด
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. ส่งมอบเครื่องพร้อมใบผ่านการสอบเทียบ
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
16. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....

ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวประภัสสร ภักดี)

.....

อนุกรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

.....

อนุกรรมการ

(นายอัครเดช ทุมชะ)

.....

อนุกรรมการ

(นางสาวจรัสศรี แก้วพิน)

.....

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์