

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PID แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายในและภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส ฝาปิดมีลักษณะเป็นทรงจั่ว ทำจากโลหะสแตนเลส
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส
4. มีค่า temperature accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ หรือเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
6. ใช้กับไฟฟ้า 220-230 volt 50-60 hertz ได้
7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับรองมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

พัชร ทอดทูน

(นางพัชร ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

 รองประธานอนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)


 อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 อนุกรรมการ
(นางศศิวิมล สัจจงพงษ์)

 อนุกรรมการ
(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

 อนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

 อนุกรรมการ
(นางธรรมรัฐ สุจิต)

 อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

 อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)