

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบ 12 ช่อง

1. เป็นเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ 12 ช่อง สามารถปรับปริมาตรได้ตั้งแต่ 20 ไมโครลิตร ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 0.2 ไมโครลิตร
2. มีค่าความถูกต้องผิดพลาดไม่เกิน 0.8 % ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
3. มีค่าความเที่ยงผิดพลาดไม่เกิน 0.3 % ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
4. มีหน้าจอแสดงปริมาตรเป็นตัวเลขและแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
5. มีปุ่มสำหรับปลดทึบแยกกับปุ่มดูดจ่ายสารละลาย
6. มีโหมดการทำงาน ดังนี้
 - 6.1 Manual หรือ Basic Pipetting หรือ Pipet
 - 6.2 Dispensing หรือ Repetitive หรือ Multi dispense
 - 6.3 Mixing หรือ Mix
7. ทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ พร้อม adapter
8. มีทึบจำนวน 2 กล่อง (กล่องละไม่น้อยกว่า 96 ชิ้น) และมีอุปกรณ์สำหรับวางเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบ 12 ช่อง จำนวน 1 อัน
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และเครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบในวันที่ยื่นมอบ
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
12. มีคู่มือการใช้งานเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
16. ส่งมอบ พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ ทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นายพีเชษฐ์ กุมภาว์)

.....
(นางพัชรี ทองคำคุณ)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริฉ ชนพรม)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์)


.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


(นางพัชรี ทองคำคุณ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์