


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะรักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส

1. เป็นโต๊ะสำหรับรักษาและล้างแผลทำจากสแตนเลส เกรด 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ขนาดโต๊ะวัดจากขอบนอก กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x85 เซนติเมตร (มีลักษณะตามรูป)
2. พื้นโต๊ะเป็นหลุมลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ด้านบนมีขอบสำหรับวางตะแกรง พื้นโต๊ะมีรูระบายของเหลว สามารถต่อสายยางลงถึงด้านล่าง
3. ตะแกรงทำจากสแตนเลสท่อนเกรด 304 มีช่องห่างระหว่างตะแกรงไม่มากกว่า 1 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และวางเสมอกับขอบโต๊ะด้านในได้พอดี ตัวตะแกรงสามารถถอดยกออกมาล้างทำความสะอาดได้
4. มีตะขอด้านล่างสำหรับผูกเชือกบังคับสัตว์
5. ด้านล่างมีที่วางสำหรับวางถังสแตนเลส เพื่อตักของเหลว พร้อมถังสแตนเลสจำนวน 1 ใบ
6. มีรูสำหรับใส่น้ำเกลือที่มุมโต๊ะ จำนวน 2 จุดและมีที่ล็อคสำหรับปรับระดับความสูงของเสาน้ำเกลือได้
7. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 เสอ
8. ขาโต๊ะทำจากสแตนเลสกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.8 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



พัชรี ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ

(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ

(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ

(นางสาวชญญ์กรรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการ

(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)