

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส

1. เป็นรถเข็นสำหรับทำแผล 1 ชั้น 1 ล้อชัก ขนาดตัวรถเข็นกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร (มีลักษณะตามรูป)
2. โครงสร้างทั้งหมดทำจากโลหะสแตนเลส
3. เสาทำจากโลหะสแตนเลสทอกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
4. ด้านบนมีช่องสำหรับใส่กล่องสำลีและมีที่รัดขวดทำจากโลหะสแตนเลส
5. ด้านล่างมีถาดวางของแบบมีขอบ 1 ชั้น และมีราวกันป้องกันของหล่น 3 ด้าน
6. มีล้อชักขนาดความลึก (สูง) ไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร พร้อมมือจับ
7. มีมือจับสำหรับเข็นทำจากโลหะสแตนเลส
8. มีล้อ 4 ล้อทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ช.ร. ทอ. ๑๖.๑๒๓/๖๔

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



๑๖.๑๒๓/๖๔

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

..... อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวชญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)