

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 microlite

1. เป็นอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลวขนาดเล็กปริมาตร 10-100 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว แสดงปริมาตรเป็นตัวเลขพร้อมที่ปลดทึบ
2. มีค่าความแม่นยำที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์
4. สามารถ autoclave ได้ทั้งตัว
5. ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ ISO 8655
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
10. ส่งมอบ พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานคณะกรรมการ

(นายวัลลภ ตันตพิันธ์กุล)




..... อนุกรรมการ

(นายพหล งามสมตระกูลชาติ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวจิตรนภา โจ้ถิตสาร์ทกุล)



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์