

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส 2 ล้อ**


1. เป็นรถเข็นสำหรับทำแผล 2 ชั้น 2 ล้อ ขนาดตัวรถเข็น กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 40x70x80 เซนติเมตร (ความสูงรวมล้อ) (มีลักษณะตามรูป)
2. โครงสร้างทั้งหมดทำจากสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304 ยกเว้นล้อ
3. โครงสร้างเสาทำจากท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
4. มีล้อขับเคลื่อน 2 ล้อ ทำจากสแตนเลส ขนาด กว้าง(สูง)xยาวxลึก ไม่น้อยกว่า 15x30x30 เซนติเมตร พร้อมมือจับสำหรับดึงเปิด-ปิด ต่อ 1 ล้อ
5. ถาดวางของมี 2 ชั้น ทำจากแผ่นสแตนเลสมีราวกันป้องกันของหล่นทั้ง 2 ชั้น ชั้นล่างมีแนวกัน 3 ด้าน ความสูงที่กันไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ชั้นบนมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำจากสแตนเลส จำนวน 3 ช่อง และมีที่รัดขวดทำจากสแตนเลส จำนวน 6 ช่อง
6. มือจับสำหรับเข็นเป็นแบบราวดตรงทำจากสแตนเลส
7. ด้านข้างมีที่วางถังขยะทำจากสแตนเลส และมีถังขยะทำจากสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถังขยะไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ
8. มีที่วางอ่างและอ่างสำหรับแช่เครื่องมือทำจากสแตนเลส ปากอ่างสำหรับแช่เครื่องมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ที่วางอ่างสามารถเลื่อนเก็บเข้าด้านในรถเข็นทำแผลได้
9. มีที่วางกล่องเครื่องมือและกล่องเครื่องมือพร้อมฝาทาจากสแตนเลส ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 20x8x3.6 เซนติเมตร ที่วางกล่องเครื่องมือสามารถเลื่อนเข้าด้านในรถเข็นทำแผลได้
10. ล้อรถเข็นทำแผลมีล้อ 4 ล้อ ทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 2 ล้อ หลังสามารถล็อกได้
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

๑๕/๑๖

จิรัช ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



๖๖

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

จริรี ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์