


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 47 มิลลิเมตร ถึงไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร
2. เลนส์ตา มีขนาดกำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่
3. เลนส์วัตถุ เป็นแบบชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4X, 10X, 40X และ 100X
4. แท่นวางตัวอย่าง เป็นชนิดรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งแข็งแรงกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเลื่อนสไลด์ ใน แนวแกน X และ Y ได้
5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียดเป็นชนิดแกนร่วม (Coaxial)
6. เลนส์รวมแสง เป็นชนิด ABBE condenser มีค่า N.A. 1.25 พร้อม diaphragm
7. ระบบแสงส่องสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 วัตต์
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรธณ ภูวนันท์)




.....อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)




.....อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวชญญกรณ พงศ์ชัยศรีกุล)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์