

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกรองสุญญากาศสำหรับไมโครเพลทชนิด 96 หลุม

1. เป็นชุดกรองสุญญากาศสำหรับ microplate ชนิด 96 หลุม สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มสุญญากาศได้ ประกอบด้วย
 - 1.1 ส่วนของฐานชุดกรอง สามารถต่อกับชุดดักสารละลายและปั๊มสุญญากาศได้ จำนวน 1 ชุด
 - 1.2 ส่วนรองรับ microplate สามารถรองรับ 96 well plate ได้ พร้อม gasket หรือ O-ring จำนวน 1 ชุด
 - 1.3 Gasket หรือ O-ring ทำจาก ethylene-propylenediene monomer (EPDM) หรือ rubber หรือ neoprene จำนวน 1 ชุด
 - 1.4 วาล์วสำหรับเปิด-ปิดและควบคุมแรงดัน พร้อมมาตรวัดแรงดันสุญญากาศ (pressure gauge) จำนวน 1 ชุด
 - 1.5 ชุดดักสารละลายชนิด glass flask หรือพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร จำนวน 1 ชุด
 - 1.6 ข้อต่อตรง หรือ ข้อต่อชนิด 3 ทาง หรือ adaptor จำนวน 1 ชุด
2. ส่วนฐานชุดกรองสามารถรองรับสารละลายได้ หรือมีภาชนะรองรับสารละลายที่สามารถใส่ลงในส่วนของฐานชุดกรองได้
3. มีสายยางเป็นท่ออ่อน ทำจาก fluorinated ethylene propylene (FEP) หรือ silicone เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1/4 นิ้ว หรือ 5/16 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 1 เส้น
4. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
5. มีคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
6. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
8. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
9. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

พัชร ทอดกัญญา

(นางพัชร ทอดกัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... รองประธานอนุกรรมการ (นายกิตติชัย อุ่นจิต)	 อนุกรรมการ (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)
..... อนุกรรมการ (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)	 อนุกรรมการ (นางธรรมรัฐ สุจิต)
..... อนุกรรมการ (นางศศิวิมล สัจจพงษ์)	 อนุกรรมการ (นางสาวจิตติกานต์ จิรกิตติสุนทร)
..... อนุกรรมการ (นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)	 อนุกรรมการและเลขานุการ (นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)