

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย่าตัวอย่างแบบ Orbital

1. เป็นเครื่องเขย่าตัวอย่างแบบ Orbital หรือ Cyclotron oscillation มีจอแสดงค่าในการเขย่าเป็นตัวเลข
2. สามารถตั้งค่าความเร็วในการเขย่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที และช่วงกว้างของการเขย่าไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
3. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 999 นาที
4. มีขนาดไม่น้อยกว่า 264 x 284 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้เขย่าตัวอย่าง
5. สามารถรับน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม
6. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือตามมาตรฐาน CE
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายจะต้องสอนการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

พริษฐ์ ทอคำคุณ

(นางพริษฐ์ ทอคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ภูมิภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรหม)

.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พัฒน์ สุวพัฒน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐเบศ เนินทอง)