


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับสัตว์

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดไม่แทงเส้น โดยใช้เทคนิค Automatic oscillometric
2. จอภาพ ชนิดสีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วควบคุมโดยการสัมผัส
3. แสดงค่าสัญญาณชีพ อย่างน้อย 2 ค่า ได้แก่ blood pressure มีค่า Pressure accuracy ไม่เกิน ± 5 mmHg และ pulse rate มีค่า Accuracy ไม่เกิน ± 3 bpm
4. สามารถปรับตั้งช่วงค่าสัญญาณชีพแบบตัวเลขสำหรับแต่ละประเภทสัตว์หรือขนาดของสัตว์เพื่อกำหนดการแจ้งเตือนได้
5. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 5.1 แบตเตอรี่พร้อมสายชาร์จจำนวน 1 ชุด
 - 5.2 blood pressure cuff อย่างน้อย 3 ขนาด ดังนี้

- ขนาด 3 - 6 เซนติเมตร	จำนวน 1 เส้น
- ขนาด 4 - 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 เส้น
- ขนาด 6 - 11 เซนติเมตร	จำนวน 1 เส้น
 - 5.3 กระเป๋าบรรจุเครื่อง
6. ใช้กับไฟฟ้า 220 volt 50 hertz ได้ และสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ได้
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในระยะรับประกัน หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบ พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบก่อนการส่งมอบและสอบเทียบหลังการส่งมอบทุก 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
15. ส่งมอบ และทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ประธานอนุกรรมการ
 (นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


อนุกรรมการ
 (นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)


อนุกรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์