

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า

1. เป็นเครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน (Horizontal Electrophoresis) ประกอบด้วย
 - 1.1 ส่วนแยกดีเอ็นเอ
 - 1.2 ส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้า
2. ส่วนแยกดีเอ็นเอ มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 สามารถใช้งานกับเจลได้ 2 ขนาด คือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10×6 เซนติเมตร และขนาดไม่ต่ำกว่า 5.4×5 เซนติเมตร
 - 2.2 มีภาตใส่เจลขนาดไม่ต่ำกว่า 10×6 เซนติเมตร และขนาดไม่ต่ำกว่า 5.4×5 เซนติเมตร
 - 2.3 มีหัวชนิดสามารถใช้งานได้ 2 ด้าน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 และ 22 ช่อง
 - 2.4 มีฝาปิดที่สามารถมองเห็นเจลจากด้านบนได้
3. ส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถตั้งค่าความต่างศักย์อยู่ในช่วง 18 - 100 volt
4. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 0 - 99 นาที
5. ใช้ไฟฟ้า 220 volt 50 hertz ได้
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
7. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
8. มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวอภิขญา พึ่งสุข)

.....อนุกรรมการ

(นายเทอดชัย แก้วเกษา)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางวโรชา จำปารัตน์)

เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์