

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา กระบอกตาคู่เอียงไม่เกิน 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาในช่วง 55-75 มิลลิเมตร ได้
2. เลนส์ตาชนิดป้องกันเชื้อรา มีกำลังขยาย 10x
3. เลนส์วัตถุเป็นชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4x, 10x, 40x และ 100x โดยเลนส์แต่ละขนาดมีค่า NA ไม่น้อยกว่า 0.1, 0.25, 0.65 และ 1.25 ตามลำดับ
4. แท่นวางตัวอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดตั้งกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเลื่อนในแนวแกน X และแกน Y ได้
5. มีปุ่มปรับภาพหยابและละเอียดชนิดแกนรวม (coaxial)
6. เลนส์รวมแสงเป็นชนิด Abbe condenser ค่า NA เท่ากับ 1.25 พร้อม diaphragm
7. ระบบไฟส่องเป็นชนิด Halogen มีกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า 20 watt หรือ ชนิด LED กำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า 4 watt
8. ใช้ไฟฟ้า 100-240 volts 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องมืออย่างน้อย 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวกัลยา บุญญานวัตร)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

.....ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ
(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวอภิขญา พึ่งสุข)

.....อนุกรรมการ
(นายเทอดชัย แก้วเกษ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางวโรชา จำปารัตน์)