

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก

1. เป็นตู้เก็บสารเคมีที่สามารถดูดไอสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศสู่ภายนอก ประกอบด้วย
  - 1.1 ตัวตู้
  - 1.2 ระบบกำจัดไอสารเคมี
2. ตัวตู้ มีลักษณะดังนี้
  - 2.1 ตัวตู้ทำด้วยโลหะชุบกลวไนซ์ เคลือบด้วย anti-acid polymer หรือทำด้วยโลหะเคลือบ epoxy (epoxy resin powder coated)
  - 2.2 ตัวตู้มีขนาดภายใน กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร x 320 มิลลิเมตร x 480 มิลลิเมตร
  - 2.3 มีประตูเปิดปิดตู้ โดยเป็นแบบโปร่งใสเพื่อสะดวกต่อการสังเกตสารเคมีที่เก็บภายใน
  - 2.4 ภายในตู้แบ่งเป็น 2 ช่อง ซ้าย ขวา แต่ละช่องสามารถวางช่องได้ 2 ชั้น
3. ระบบกำจัดไอสารเคมี มีลักษณะดังนี้
  - 3.1 มีแผ่น prefilter หรือ HEPA filter และมีแผ่นกรองชนิด carbon filter ที่สามารถจับไอสารเคมี ชนิดกรดและสารอินทรีย์ได้ และมีพัดลมดูดอากาศติดตั้งอยู่ด้านบนเหนือแผ่นกรอง
  - 3.2 มีอัตราการเร็วในการกรองอากาศไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - 3.3 มีระบบตรวจสอบความอึดตัวของแผ่นกรองไอสารเคมี เพื่อตรวจจับการหลุดรอดของไอสารเคมี เมื่อแผ่นกรองไอสารเคมีเต็มความจุ
4. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5. ใช้กับไฟฟ้า 220 volt 50 hertz ได้
6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
7. ผู้ขายจะต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
9. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
10. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... รองประธานอนุกรรมการ  
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ  
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ  
(นางศศิวิมล สัจพงษ์)

..... อนุกรรมการ  
(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

..... อนุกรรมการ  
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการ  
(นางธรรมรัฐ สุจิต)

..... อนุกรรมการ  
(นางสาววิจิตกานต์ จิรกิตติสุนทร)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)

.....  
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์