

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

1. เป็นตู้บ่มเชื้อที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor หรือ PID Controller แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า และมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบสี ผงด้านในทำด้วยโลหะสแตนเลส
3. ภายในมีชั้นวางทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
4. มีประตูแบบ 2 ชั้น ชั้นในทำด้วยกระจกใส
5. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส มีค่า temperature variation หรือ temperature deviation ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 เคลวิน หรือ องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
6. มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-230 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. ส่งมอบ และทดลอง จนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... รองประธานอนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นางศศิวิมล สัจพงษ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

..... อนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการ
(นางธรรมรัฐ สุจิต)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวจิตติกานต์ จิรจิตติสุนทร)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)

.....
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์