

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

1. เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, กลิ่นสารเคมี และสิ่งปนเปื้อนในอากาศอื่นๆ ได้
2. สามารถใช้งานกับห้องที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบฟอกอากาศ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 - 3.1 กรณี ระบบฟอกอากาศใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.1.1 มีแผ่นกรองหยาบ (Pre - filter) ซึ่งสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
 - 3.1.2 มีแผ่นกรองละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาด 0.008 ไมครอน ได้
 - 3.2 กรณี ระบบฟอกอากาศไม่ใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.2.1 มีระบบ Photo Catalytic Oxidation
 - 3.2.2 มีหลอด UV จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลอด
 - 3.2.3 สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 98%
4. สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
5. สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และแบบ Remote ชนิดไร้สาย
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
7. มีส่วนประกอบทุกชนิดเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเครื่องฟอกอากาศ และต้องมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในวันส่งมอบ
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่อง และทำความสะอาดภายในตัวเครื่องทุก 4 เดือน ภายในระยะเวลาประกัน
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
12. ติดตั้ง ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)


.....
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริฉ ชุนพรม)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์)


.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)


(นางพัชรี ทองคำคุณ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์