

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 2 %RH ถึงไม่น้อยกว่า 98 %RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 %RH
4. มีค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.6 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน ± 3 %RH ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40-80 %RH
5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้
6. เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิ 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 40, 50, 60 และ 80 %RH พร้อมส่งใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ
7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรหม)

.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พัฒน์ สุวัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพีเชษฐ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)

๗๖๕ ๓๐๘๖๖

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์