

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว

1. เป็นเครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว แบบอัตโนมัติ
2. ตัวเครื่องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 550 x 240 x 410 มิลลิเมตร
3. สามารถกลั่นน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำที่กลั่นได้มีค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 2.5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
4. ตัวทำความร้อน ทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือมีระบบทำความร้อนเป็น silica sheathed heaters
5. มี solenoid valve หรือ reservoir level control โดยจะปิดระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำในถังพักน้ำกลั่นเต็ม และจะเริ่มทำงานใหม่เมื่อระดับน้ำลดลง
6. มีระบบป้องกันเมื่อน้ำที่เข้าเครื่องกลั่นมีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด โดยเครื่องจะหยุดการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ heater ร้อนเกินไป
7. มีถังพักน้ำกลั่นขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องหรือมีถังพักน้ำกลั่นภายนอกที่สามารถต่อกับชุด reservoir level control ได้
8. มีเครื่อง stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และบริการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ ทุก 4 เดือน ในระหว่างรับประกัน
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับรองมาตรฐาน CE
13. ผู้ขายต้องเดินสายไฟและติดตั้งปลั๊กไฟที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ ในกรณีที่บริเวณติดตั้งเครื่องไม่มีปลั๊กไฟที่เหมาะสม
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติการจนสามารถใช้งานได้
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
17. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

พ.ร.อ. ทศพร

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นางศศิวิมล สัจจงพงษ์)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิธญา จันทร์เสถียร)

..... อนุกรรมการ

(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)