




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ


1. ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ มีหน้าจอแสดงสถานะของอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. มีพื้นที่ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 320 x 160 มิลลิเมตร
3. ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทำจากกระจกที่มีความหนาไม่มากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส
5. มีค่า accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
6. สามารถปรับระดับความสูงตั้งแต่ 75 ถึงไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ได้
7. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องสเตอริโอที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
12. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....รองประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญกุล)


.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันท์มนัส สีสง)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

นางสาววิภาดา นิลวัฒนา 2564

วิภาดา นิลวัฒนา



นายวิชาญ วาจาวัชร

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์