

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค

คว.196/62

คว.15/63

คว.16/65

1. เป็นเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค ใช้หลักการคำนวณค่าความเข้มข้นด้วยคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 540 ถึง 600 นาโนเมตร
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบดิจิทัล โดยมีหน่วยวัดเป็นพันล้านตัวต่อมิลลิลิตร และสามารถตั้งค่าการวัดให้เป็นศูนย์ก่อนการตรวจครั้งใหม่ได้
3. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 3.1 ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำเชื้อ จำนวน 100 อัน
 - 3.2 แผ่นทดสอบ Test cuvette จำนวน 1 อัน
 - 3.3 แบตเตอรี่แห้ง ชนิด AA 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน หรือแบตเตอรี่ชนิด NIMH แบบชาร์จไฟฟ้าได้
4. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพและบริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการผสมเทียม (Artificial Insemination)
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
10. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖3


นายวรวิชัย วราอัสวปติ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


กรรมการ
(นายวรา วรงค์)


กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖5


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

คพ.196/62

คพ.15/63


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค

3	1
1,3	1,3
1	5
3	4
3	1
3	1
4	6

1. เป็นเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค ใช้หลักการคำนวณค่าความเข้มข้นด้วยคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 540 ถึง 600 นาโนเมตร
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบดิจิตอล โดยมีหน่วยวัดเป็นพันล้านตัวต่อมิลลิลิตร และสามารถตั้งค่าการวัดให้เป็นศูนย์ก่อนการตรวจครั้งใหม่ได้
3. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 3.1 ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำเชื้อ จำนวน 100 อัน
 - 3.2 แผ่นทดสอบ Test cuvette จำนวน 1 อัน
 - 3.3 แบตเตอรี่แห้ง ชนิด AA 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน หรือแบตเตอรี่ชนิด NIMH แบบชาร์จไฟฟ้าได้
4. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพและบริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการผสมเทียม (Artificial Insemination)
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
10. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2562


นายรังวิชัย วราธสวบล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจประเมินคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นายวรา วรงค์)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)