


คว. 217/63

คว. 77/64


คว. 25/65


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ


1. ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ มีหน้าจอแสดงสถานะของอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. มีพื้นที่ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 320×160 มิลลิเมตร
3. ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทำจากกระจกที่มีความหนาไม่มากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส
5. มีค่า accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
6. สามารถปรับระดับความสูงตั้งแต่ 75 ถึงไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ได้
7. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องสเตอริโอที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
12. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....รองประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)



.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดี)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันท์มนัส สีคง)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2564


(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565


นายารวิชัย ไร่อัสวปดี
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์