

ค.ร.147/62

ค.ร. 67/63

ค.ร.32/65

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงาน Dark field

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงาน Dark field สามารถปรับระยะห่างของกระบอกตาได้
2. มีเลนส์ตามีขนาดกำลังขยาย 10X จำนวน 1 คู่ สามารถปรับภาพชัดได้ทั้ง 2 ข้าง โดยเห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร
3. แบนบรรจุเลนส์สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ 6 ช่อง
4. เลนส์วัตถุ เป็นระบบ IC²S (Infinity Color Corrected Sustem) หรือ CCIS (Colour Corrected Infinity Optical System) ประกอบด้วย
 - 4.1 ชนิด 10x N.A. 0.25 ระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร
 - 4.2 ชนิด 20x N.A. 0.45 ระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 0.63 มิลลิเมตร
 - 4.3 ชนิด 40x N.A. 0.65 ระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร
5. แท่นวางตัวอย่าง เป็นสี่เหลี่ยมชนิด Hardcoat anodized surface ขนาดไม่น้อยกว่า 175x145 มิลลิเมตร สามารถเลื่อนสไลด์แนวแกน X , Y ได้ ไม่น้อยกว่า 75x50 มิลลิเมตร
6. เลนส์รวมแสง มีลักษณะดังนี้
 - 6.1 ชนิด Abbe สำหรับงาน Dark field
 - 6.2 สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้
7. ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพชัดชนิดหยابและละเอียดอยู่ในแกนร่วมกันโดยสามารถปรับได้ทั้ง 2 ข้างของตัวกล้อง
8. ระบบไฟส่องขึ้น (Transmitted illumination) ลักษณะดังนี้
 - 8.1 ติดตั้งอยู่ในฐานกล้อง เป็นหลอดไฟชนิด Halogen ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
 - 8.2 สามารถปรับความสว่างของไฟได้ต่อเนื่องโดยมีปุ่ม เปิด-ปิด และปุ่มเร่งหรือหรี่ไฟ พร้อม Field diaphragm และมี Stabilizer อยู่ในตัวกล้อง
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
11. มีถุงคลุมกล้องสำหรับป้องกันฝุ่น 1 ชุด
12. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม
13. ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้ผลิต
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปีและตรวจสอบคุณภาพการใช้งานทุก 6 เดือน ในระยะประกัน
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานกล้องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของกล้อง
17. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลอง จนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๖

นายวรวิชัย วราอัสวปติ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕5

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

กรรมการ

(นายวรา วรงค์)

(นางสาวพนม ไสยจิตร)




.....กรรมการ

(นางศศิพร ช่อลำไย)



.....กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)




.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)



.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)



.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรawat ชูกระชั้น)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖5



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖3



นายวรวิชญ์ วราอัสวปดิ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

