


คธ.124/๒4

คธ.๒๕/๒๕

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เสาให้น้ำเกลือสแตนเลส


1. เป็นเสาสำหรับแขวนขวดน้ำเกลือ แบบขา 4 แฉก (มีลักษณะตามรูป)
2. ตัวฐานทำจากท่อสแตนเลสและยึดกับล้อกลม จำนวน 4 ล้อ
3. ที่แขวนขวดน้ำเกลือเป็นตะขอ 2 ข้าง ทำจากสแตนเลสตัน ตะขอห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. ตัวเสาทำจากท่อสแตนเลส 2 ท่อ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีข้อรัดเสาทำด้วยสแตนเลสตัน พร้อมน็อตสแตนเลส
5. ความสูงของเสาปรับได้ตั้งแต่ 120 เซนติเมตร ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
7. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
8. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕


  
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์





(นางพัชรี ทองคำคุณ)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


  
ประธานอนุกรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
อนุกรรมการ  
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

  
อนุกรรมการ  
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

  
อนุกรรมการ  
(นางสาวสุกสิรา วงศ์สุทธาวาส)

  
อนุกรรมการ  
(นายเพมศิลป์ บุญน้อม)

  
อนุกรรมการ  
(นางสาวชญญาณ พงศ์ชัยศรีกุล)

  
อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)