

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส

1. เป็นรถเข็นสำหรับทำแผล 1 ชั้น 1 ล้อชัก ขนาดตัวรถเข็นกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร (มีลักษณะตามรูป)
2. โครงสร้างทั้งหมดทำจากโลหะสแตนเลส
3. เสาทำจากโลหะสแตนเลสทอกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
4. ด้านบนมีช่องสำหรับใส่กล่องสำลีและมีที่รัดขวดทำจากโลหะสแตนเลส
5. ด้านล่างมีถาดวางของแบบมีขอบ 1 ชั้น และมีราวกันป้องกันของหล่น 3 ด้าน
6. มีล้อชักขนาดความลึก (สูง) ไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร พร้อมมือจับ
7. มีมือจับสำหรับเข็นทำจากโลหะสแตนเลส
8. มีล้อ 4 ล้อทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ช.รี ช.อ.ศิริกุล
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565

6506

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ
(นางสาวชญญกรณ พงศ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)