

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 47 มิลลิเมตร ถึงไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร
2. เลนส์ตา มีขนาดกำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่
3. เลนส์วัตถุ เป็นแบบชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4X, 10X, 40X และ 100X
4. แท่นวางตัวอย่าง เป็นชนิดรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งแข็งแรงกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเลื่อนสไลด์ ใน แนวแกน X และ Y ได้
5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียดเป็นชนิดแกนร่วม (Coaxial)
6. เลนส์รวมแสง เป็นชนิด ABBE condenser มีค่า N.A. 1.25 พร้อม diaphragm
7. ระบบแสงส่องสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 วัตต์
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

..... อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวชัยญรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์