

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงเพลท 96 หลุม สำหรับงาน PCR

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพลทแบบตั้งโต๊ะ สำหรับงาน PCR แบบมีปุ่มกดสำหรับสั่งงาน
2. สามารถบรรจุเพลท 96 หลุม และ เพลท PCR ได้ไม่น้อยกว่า 2 เพลท
3. ระบบขับเคลื่อนแกนปั่นเป็นชนิด DC brushless motor
4. สามารถทำความเร็วรอบในการปั่นเหวี่ยงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 รอบต่อนาที และมีค่าแรงเหวี่ยงสูงสุดไม่น้อยกว่า 500xg
5. มีโหมดการใช้งานอย่างน้อย 2 โหมด คือ โหมดปั่นเหวี่ยงระยะเวลาสั้น (short spin mode) และ โหมดการตั้งเวลาการปั่นเหวี่ยง (timed operation mode)
6. สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึงไม่น้อยกว่า 99 วินาที
7. สามารถลดความเร็วในการปั่นเหวี่ยง (fast deceleration speed) ได้ภายใน 10 วินาที
8. ฝาเครื่องสามารถเปิดได้ 95 องศา
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานอนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ


(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)


..... อนุกรรมการ
(นางรัชณีกร วิฑูรพงศ์)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิตยา จันทรเสถียร)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐติกานต์ จิรกิตติสุนทร)


..... อนุกรรมการ
(นายกรีสลย์ พรศทองสุข)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์