


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร

1. เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร โดยมีขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) ไม่น้อยกว่า 550 x 330 x 300 มิลลิเมตร และขนาดภายในอ่าง (ยาว x กว้าง x สูง) ไม่น้อยกว่า 500 x 300 x 150 มิลลิเมตร
2. ตัวเครื่องภายนอก ภายในอ่างและฝาปิดทำด้วยสแตนเลส
3. มีตัวกำเนิดคลื่นเสียงที่มีความถี่ไม่น้อยกว่า 40 kHz
4. สามารถตั้งอุณหภูมิในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส
5. มีหน้าจอแสดงผลชนิด LED สามารถแสดงอุณหภูมิและเวลาเป็นตัวเลข และมีแผงปุ่มกดสำหรับควบคุม
6. สามารถตั้งเวลาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า 99 นาที
7. มีระบบ degas, soft mode หรือ soft function
8. มีช่องสำหรับปล่อยน้ำทิ้งพร้อมสายยาง และพัดลมสำหรับระบายอากาศ
9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 9.1 ตะกร้าทำด้วยสแตนเลส สามารถใส่ได้พอดีในอ่าง จำนวน 1 ชุด
 - 9.2 น้ำยาสำหรับทำความสะอาด สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 85 องศาเซลเซียส ทนต่อความดันและแรงในการเขย่า จำนวน 1 ชุด
10. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
15. ผู้ขายต้องสอนวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้อย่างดี
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์


 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
 (นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันท์มนัส สีคง)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร