

คท.196/63

คท.36/64

คท.96/65

คท.9/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)

1. เป็นเครื่องปั่นผสมสารละลายในหลอดทดลอง สามารถเขย่าหลอดทดลอง และฟลัสก์ได้
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะไร้สนิม ที่ฐานมียางรองรับกันสั่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะใช้งาน
3. สามารถตั้งเครื่องเขย่าใช้ได้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่องและแบบเขย่าเมื่อมีแรงกดลงบนแป้นรองรับ
4. สามารถปรับอัตราเร็วของการเขย่าได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,700 รอบต่อนาที
5. มีแป้นรองรับภาชนะในการเขย่า ทำด้วยยาง มี 2 แบบ ดังนี้
  - 5.1 แบบถ้วยเพื่อรองรับหลอดทดลองเดี่ยว
  - 5.2 แบบแป้นยางเพื่อรองรับภาชนะใส่สารกันแวน
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220-240 Volts 50-60 Hertz ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
12. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.64

นางพัชรี ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

(นายสมศักดิ์ เปรมปรีย์)

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

(นางสาวนันท์มนัส สีคง)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

นายวรวิชัย วราธิสวปติ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)