

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิและตรวจความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะชนิดแสดงค่าสูงสุดต่ำสุดได้

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 5 %RH ถึงไม่น้อยกว่า 95 %RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 %RH
4. มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน ± 3 %RH ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40-75 %RH
5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
6. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิหรือความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดและต่ำสุดได้
7. เครื่องต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิ 20 และ 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 40 และ 75% RH พร้อมส่งใบรายงานผลการสอบเทียบ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องสอนวิธีการใช้งานเครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖
14. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

อนุกรรมการ

(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

อนุกรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สุวพัฒน์)

อนุกรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)