

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง

1. เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง ไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส และมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าเครื่องเป็นตัวเลขดิจิทัล สามารถวางบล็อคอลูมิเนียมในข้อ 5.1 และ 5.2 ได้พร้อมกัน
2. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
3. มีค่า temperature uniformity เบี่ยงเบนไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
4. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ PID ดิจิตอล
5. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 5.1 บล็อคอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอด 1.5/2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 20 หลอด จำนวน 1 อัน
 - 5.2 บล็อคอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอดขนาด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด จำนวน 1 อัน
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานคณะกรรมการ

(นายวรวิชัย วราอัสวปติ)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอกาสชัยทัตต์)

.....กรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรจิตติสุนทร)

.....กรรมการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖4

.....
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์