

คว.127/65

ทว.132/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

1. เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor หรือ PID controller แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบ ผ่นด้านในทำด้วยโลหะสแตนเลส
3. ภายในมีชั้นวางทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
4. มีประตูแบบ 2 ชั้น ชั้นในทำด้วยกระจกใส
5. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส มีค่า temperature variation หรือ temperature deviation ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 เคลวิน หรือองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
6. มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวปารัช ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ

(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)