

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร มีจอ LED หรือ LCD แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบหรือโลหะสแตนเลสมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 330 x 380 x 230 มิลลิเมตร และภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 องศาเซลเซียส
4. มีค่า stability ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส
5. มีระบบตัดการทำงานหรือมีเสียงเตือนในกรณีอุณหภูมิสูง และมีสัญญาณเตือนในกรณีระดับน้ำต่ำกว่าปกติ
6. มีฝาปิดทำจากโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 ชุด
7. มี drain tap สำหรับถ่ายเทน้ำ
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...^{b6}

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


อนุกรรมการ


(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)


..... อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จีรกิตติสุนทร)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


..... อนุกรรมการ
(นายกรีสลัย พรธตทองสุข)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร