

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่ง

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่งมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,200 กรัม อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกิน 0.01 กรัม มีค่า repeatability ผิดพลาดไม่เกิน 0.01 กรัม และมีค่า linearity ไม่เกิน 0.02 กรัม
3. จานชั่งทำด้วยสแตนเลส มีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 190 x 190 มิลลิเมตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร
4. สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐานภายในเครื่องโดยใช้โปรแกรม internal calibration
5. มี stabilization time ไม่เกิน 3 วินาที
6. มีการทำงานแบบนับจำนวนขึ้นโดยใช้จำนวนขึ้นอ้างอิงในช่วง 10, 30, 50 หรือ 100 ขึ้น โดยชั่งน้ำหนักได้ต่ำสุดไม่เกิน 0.01 กรัม
7. มีการทำงานแบบวัดเปอร์เซ็นต์ขึ้นอ้างอิงได้
8. สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย ได้แก่ g, oz และ lb
9. มีตุ้มน้ำหนักขนาด 100 กรัม และขนาด 2 กิโลกรัม ที่ได้มาตรฐาน OIML Class F1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบ พร้อมบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องชั่งทุก 6 เดือนในระหว่างการรับประกัน
14. เป็นเครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบตามที่ใช้กำหนด ณ สถานที่ตั้งเครื่องจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบในวันส่งมอบ
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างดี
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... ประธานอนุกรรมการ


(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... อนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิตญา จันทรเสถียร)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)


..... อนุกรรมการ
(นางธรรมรัฐ สุจิต)


..... อนุกรรมการ
(นายกรีสลย์ พรคทองสุข)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์