

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดแบบแห้ง**

1. เป็นเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดแบบแห้ง ที่สามารถใช้ในการตรวจตัวอย่างชนิด plasma, serum หรือ whole blood ของสัตว์ได้
2. สามารถตรวจหาสารชีวเคมีได้ไม่น้อยกว่า 22 พารามิเตอร์ ได้แก่ ALP หรือ ALKP, AMYL หรือ v-AMYL, CK หรือ CPK, GGT, GOT, GPT, LIP หรือ LIPA หรือ v-LIP, LDH, ALB, BUN, Ca, CRE หรือ CREA, GLU, Phos หรือ IP, Mg, NH3, TBIL, CHOL, TG หรือ TRIG, TP, Uric acid , CRP หรือ vc-CRP, Na, K และ Cl
3. มีหน้าจอแบบ color touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว สำหรับแสดงผลการตรวจ
4. สามารถควบคุมให้เครื่องมือเจือจางตัวอย่างที่ตรวจได้ หรือมีระบบเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ
5. สามารถพิมพ์ผลการตรวจ หรือส่งผลการตรวจจากเครื่องไปสู่เครื่องพิมพ์ได้
6. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 6.1 หลอดเก็บเลือดชนิด Lithium Heparin tube จำนวน 100 หลอด
 - 6.2 แผ่นตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดชนิด AST/GOT, ALT/GPT, ALP, BUN, CRE, GLU, TP, ALB และ TBIL ชนิดละ 48 ชิ้น
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
10. ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศและต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66.

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... อนุกรรมการ


(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

.....อนุกรรมการ
(นางรัชณีกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จีรกิตติสุนทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุรัดนา บุญใส)

.....อนุกรรมการ
(นายกรีสลย์ พรคทองสุข)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...66


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์