

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

1. เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ตัวอ่างภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 500x297x150 มิลลิเมตร
2. มีตัวกำเนิดคลื่นที่มีความถี่ไม่น้อยกว่า 40 kHz
3. ตัวเครื่องภายนอกและอ่างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส
4. แสดงค่าอุณหภูมิและเวลาเป็นตัวเลขไฟฟ้าได้
5. สามารถตั้งเวลาทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 นาที
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส โดยใช้ heater ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์
7. มีระบบขจัดแก๊สออกจากของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด (degas function)
8. มีท่อหรือก๊อกร้อมสายสำหรับปล่อยน้ำออกจากอ่าง
9. ด้านข้างภายนอกทั้ง 2 ด้าน มีที่จับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่อง
10. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 10.1 ฝาปิดทำจากโลหะสแตนเลสหรือพลาสติก จำนวน 1 อัน
 - 10.2 ตะแกรงรองทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 อัน
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...66


 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


 ประธานอนุกรรมการ
 (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....  อนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

.....  อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิturพงศ์)

.....  อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

.....  อนุกรรมการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)

.....  อนุกรรมการ
(นางชรรมรัฐ สุจิต)

.....  อนุกรรมการ
(นายกรีสลย์ พรศทองสุข)

.....  อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

.....  อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..66


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร