

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดค่าการย่อยได้ของอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติการ**


1. เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการย่อยตัวอย่างอาหารสัตว์ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 39.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป (สามารถปรับอุณหภูมิได้)
2. สามารถกรองตัวอย่างได้สะดวก
3. ถูกรองสามารถใส่ตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0.25-1.0 กรัม
4. มีขวดสำหรับใส่ถูกรอง และสารละลาย จำนวน 4 ขวด
5. สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในเวลาเดียวกันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง ต่อครั้ง
6. ภายในตู้มีสายพานที่ช่วยให้ขวดหมุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการวิเคราะห์ เพื่อให้ตัวอย่างกับสารละลายผสมกันได้อย่างทั่วถึง
7. ตัวตู้ด้านหน้าเป็นแบบใส เพื่อสามารถมองเห็นการทำงานภายในตู้ได้ตลอดเวลา
8. แสดงค่าอุณหภูมิและเวลา เป็นตัวเลขด้านหน้าเครื่อง
9. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 9.1 ถูกรองใส่ตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ (F57) จำนวน 1,000 ชิ้น
 - 9.2 ชุดซิลปิดปากถูกรองแบบใช้ความร้อน
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และบริการตรวจสอบสภาพเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างประกัน
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เปลี่ยนค่าที่ผ่านการดัดแปลง
17. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
18. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

อนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....


(นายเดชชัย จันทิห์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


อนุกรรมการ
(นางรัตติกาล ปวงแก้ว)


อนุกรรมการ
(นางสาวปัทมา บุตรชา)


อนุกรรมการ
(นายวรพงษ์ เสนะวีระกุล)


อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรัสชะ)