


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อแพะ

1. เป็นเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อแพะ ใช้หลักการคำนวณค่าความเข้มข้นด้วยคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 540 ถึง 600 นาโนเมตร
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบดิจิทัล โดยมีหน่วยวัดเป็นพันล้านตัวต่อมิลลิเมตร และสามารถตั้งค่าการวัดให้เป็นศูนย์ก่อนการตรวจครั้งใหม่ได้
3. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 3.1 ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำเชื้อ จำนวน 100 อัน
 - 3.2 แผ่นทดสอบ Test cuvette จำนวน 1 อัน
 - 3.3 แบตเตอรี่แห้ง ชนิด AA 1.5 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน หรือแบตเตอรี่ชนิด NiMH แบบชาร์จไฟฟ้าได้
4. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพและบริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านเครื่องมือการผสมเทียม (Artificial Insemination) หรือด้านระบบสืบพันธุ์ (Reproduction)
8. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
11. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
12. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)




.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)




.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีย์)



.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันท์มนัส สีคง)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์