


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ


1. เป็นกระบอกดูดอากาศสำหรับเก็บก๊าซทำจากวัสดุชนิด ABS หรือ solid metal หรือ EPDM
2. ใช้หลักการดูดอากาศแบบมีก้านสูบหรือ pump bellow เพื่อใช้ดึงอากาศ และสามารถดึงอากาศได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร
3. มีตัวชี้บ่ง (indicator) เมื่อดึงอากาศได้ปริมาณครบถ้วนสมบูรณ์
4. สามารถนับจำนวนครั้งการดูดอากาศหรือมีตัวนับจำนวนครั้ง (stroke counter) ของการดึงอากาศแต่ละครั้ง
5. มี tip breaker หรือ ceramic blade สำหรับหักปลายหลอดตรวจวัดก๊าซ
6. มีช่องสำหรับเสียบหลอดตรวจวัดก๊าซได้พอดี และมีสายสำหรับคล้องข้อมือ
7. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 7.1 หลอดตรวจวัดก๊าซแอมโมเนีย สามารถตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียได้ตั้งแต่ 2 ppm ถึงไม่น้อยกว่า 30 ppm แสดงเป็นปริมาณหรือเทียบสี ไม่น้อยกว่า 20 หลอด
 - 7.2 หลอดตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ตั้งแต่ 1 ppm ถึงไม่น้อยกว่า 7 ppm แสดงเป็นปริมาณหรือเทียบสี ไม่น้อยกว่า 10 หลอด
 - 7.3 กระเป๋ากับกระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศจำนวน 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
9. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของกระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ
13. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


(นายไอฟาร์ กิจปรีดาบริสุทธิ์) ประธานอนุกรรมการ


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ) อนุกรรมการ


(นางสาวมิรันตี เพ็ญโรจน์) อนุกรรมการ


(นายมาลิก อับดุลบุตร) อนุกรรมการ


(นางสาวทิพย์สุตา พุ่มซ้อน) อนุกรรมการและเลขานุการ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์