


ทอ.125/64

คว.68/65

คว. 49/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสารเคมี

1. โครงสร้าง ผนังตู้ และชั้นวางทำจากโลหะสแตนเลส เกรด 304
2. ขนาดตู้มีความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 40 x 75 x 160 เซนติเมตร
(มีลักษณะตามรูป)
3. ภายในตู้มีชั้นวางอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น
4. ประตูตู้มี 2 บาน เป็นประตูกระจกใสบานพับและมีกุญแจล็อก
5. มีล้อ 4 ล้อทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร
สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
7. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
8. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

(Signature)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65

(Signature)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(Signature)

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ

(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ

(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

อนุกรรมการ

(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ

(นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)