


คธ.124/๖4

คธ.65/65

คธ.51/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เสาให้น้ำเกลือสแตนเลส

1. เป็นเสาสำหรับแขวนขวดน้ำเกลือ แบบขา 4 แฉก (มีลักษณะตามรูป)
2. ตัวฐานทำจากท่อสแตนเลสและยึดกับล้อกลม จำนวน 4 ล้อ
3. ที่แขวนขวดน้ำเกลือเป็นตะขอ 2 ข้าง ทำจากสแตนเลสตัน ตะขอห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. ตัวเสาทำจากท่อสแตนเลส 2 ท่อ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีข้อรัดเสาทำด้วยสแตนเลสตัน พร้อมน็อตสแตนเลส
5. ความสูงของเสาปรับได้ตั้งแต่ 120 เซนติเมตร ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
7. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
8. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นางพัชรี ทองคำจุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุททาวาส)

อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ
(นางสาวชญญ์ภรณ์ พงษ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)