

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

1. เป็นตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ แบบตู้เย็น ทรงสี่เหลี่ยม ตัวตู้ทำจาก PMMA (Polymethyl methacrylate) หรือ PVC (Polyvinyl chloride) แบบใส
2. ประตูตู้แบบใส เปิด-ปิดได้ โดยมีสลักหรือแม่เหล็กเป็นตัวยึดระหว่างประตูและตัวตู้
3. ขนาดของตัวตู้ภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 300 x 330 x 520 มิลลิเมตร
4. ขนาดภายในตู้ (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 250 x 270 x 450 มิลลิเมตร
5. มีชั้นวางไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
6. สามารถควบคุมความชื้นได้ไม่เกิน 40 %RH ได้ และมีมาตรวัดบอกปริมาณความชื้น (Hygrometer) ที่ด้านหน้าประตูตู้
7. มีระบบการกำจัดความชื้นแบบ Solid polymer electrolyte membrane หรือ Solid polyelectrolyte element หรือ Electronic Dehumidification System
8. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50 hertz ได้
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




(นายอุดร ศรีแสง)


ประธานอนุกรรมการ




.....อนุกรรมการ
(นางสาวเยาวลักษณ์ แหม่งปัง)




.....อนุกรรมการ
(นางสาวปฐิมา บุตรชา)



.....อนุกรรมการ
(นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรชยะ)



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์