

คว. 182/64

คว. 64/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบหรือพลาสติก มีฝาปิด
3. สามารถตั้งความเร็วรอบสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 รอบต่อนาที และมีค่าแรงเหวี่ยง (RCF) ไม่น้อยกว่า 13,000 Xg
4. มีหัวปั่นสำหรับใส่หลอด capillary ได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
5. สามารถตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที
6. มีระบบป้องกันการเปิดฝาเครื่องขณะปั่น
7. มีอุปกรณ์สำหรับใช้อ่านเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องมืออย่างน้อย 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

(นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ

.....อนุกรรมการ

(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)

(นางสาวอภิษฎา พึ่งสุข)

.....อนุกรรมการ

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเทอดชัย แก้วเกษ)

(นางวโรชา จำปารัตน์)

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์