

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 2 %RH ถึงไม่น้อยกว่า 98 %RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 %RH
4. มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.6 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน ± 4 %RH ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 80 %RH

5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้

6. เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิ 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 40, 50, 60 และ 80 %RH พร้อมส่งใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ

7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้

10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง

12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ

13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ

(นายณัฐพล บุคยรัตน์)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สุวพัฒน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)