

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 49 ลิตร

1. เป็นตู้อบบระบบสุญญากาศขนาดความจุไม่น้อยกว่า 49 ลิตร มีส่วนประกอบดังนี้
 - 1.1 ส่วนตู้อบ
 - 1.2 ส่วนปั๊มสุญญากาศ
2. ส่วนตู้อบ มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส มีชั้นวางอะลูมิเนียมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั้น
 - 2.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส
 - 2.3 มีหัววัดอุณหภูมิชนิด Pt 100
 - 2.4 มีฝาประตูด้านหน้าเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นด้านในได้
 - 2.5 สามารถทำสุญญากาศสูงสุดได้ถึง 0.01 มิลลิบาร์
 - 2.6 มีหน้าจอสำหรับปรับตั้ง อุณหภูมิ และความเป็นสุญญากาศ
3. ส่วนปั๊มสุญญากาศ มีลักษณะดังนี้
 - 3.1 เป็นปั๊มสุญญากาศ ชนิดทนการกัดกร่อนสารเคมี
 - 3.2 มีตู้สำหรับใส่เครื่องปั๊มสุญญากาศ
4. เครื่องลดความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
5. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
8. ตู้อบได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิที่ผู้ใช้งานกำหนด ณ สถานที่ตั้งเครื่องมือ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมส่งใบรับรองการสอบเทียบในวันส่งมอบ
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเหี่ยว)


..... อนุกรรมการ


(นายกิตติชัย อุ่นจิต)


..... อนุกรรมการ


(นางธรรมรัฐ สุจิต)


..... อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


..... อนุกรรมการ
(นายกรีสลีย์ พรรคทองสุข)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์