



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.๐-๒๕๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๕๐

ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๙๙๘๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๑๐ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๑๐ รายการ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

| รายการ<br>ที่ | ชื่อรายการครุภัณฑ์                                                        | หน่วยงาน | รหัสคณะ<br>กรรมการฯ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| ๑.            | ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๓๐๐ ลิตร            | สตส.     | คว. ๑๒/๖๖           |          |
| ๒.            | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร | สตส.     | คว. ๑๓/๖๖           |          |
| ๓.            | ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร                                   | สตส.     | คว. ๑๔/๖๖           |          |
| ๔.            | เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (Digital thermometer with sensor)  | สตส.     | คว. ๑๕/๖๖           |          |
| ๕.            | ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบ ไม่มี scrubber                                | สตส.     | คว. ๑๖/๖๖           |          |
| ๖.            | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)                                        | สสช.     | คว. ๑๗/๖๖           |          |
| ๗.            | เครื่อง Homogenizer                                                       | กผส.     | คว. ๑๘/๖๖           |          |
| ๘.            | เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร    | สสช.     | คว. ๑๙/๖๖           |          |
| ๙.            | เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม ๔ ตำแหน่ง                                     | สสช.     | คว. ๒๐/๖๖           |          |
| ๑๐.           | เครื่องวัดค่าการย่อยได้ของอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติการ                      | สอส.     | คว. ๒๑/๖๖           |          |

.....ประธานกรรมการ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  
.....กรรมการ  
(นายโอพาร์ กิจปรีดาบริสุทธิ)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร)

  
.....กรรมการ  
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

  
.....กรรมการ  
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอพาร์)

  
.....กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื่อนถ้ำแก้ว)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวชญูณภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

  
.....กรรมการ  
(นายพหล งามสมตระกูลชาติ)

  
.....กรรมการ  
(นายอุดร ศรีแสง)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวประภัสสร ภัคดี)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯ  
โดยเคร่งครัด

  
(นายโสภชัย ขวาลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๒)

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการ                                                                    | เลขที่ spec |           | รูปแบบการ<br>ขออนุมัติ | หน่วย<br>งาน<br>ที่ขอ | จำนวน<br>ยี่ห้อ<br>(อย่างน้อย) | จำนวน<br>ผู้ขาย<br>(อย่างน้อย) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                               | เดิม        | ใหม่      |                        |                       |                                |                                |
| ๑.           | ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๓๐๐ ลิตร             | คว.๕๖/๖๕    | คว. ๑๒/๖๖ | ขอยืนยัน               | สตส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๒.           | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส แบบ<br>แนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร | คว.๑๐๘/๖๕   | คว. ๑๓/๖๖ | ขอยืนยัน               | สตส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๓.           | ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร                                       | คว.๓/๖๕     | คว. ๑๔/๖๖ | ขอยืนยัน               | สตส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๔.           | เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข<br>(Digital thermometer with sensor)   | คว.๑๒๘/๖๕   | คว. ๑๕/๖๖ | ขอยืนยัน               | สตส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๕.           | ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบ ไม่มี<br>scrubber                                 | คว.๕๔/๖๔    | คว. ๑๖/๖๖ | ขอยืนยัน               | สตส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๖.           | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)                                            | -           | คว. ๑๗/๖๖ | จัดทำใหม่              | สสช.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๗.           | เครื่อง Homogenizer                                                           | -           | คว. ๑๘/๖๖ | จัดทำใหม่              | กผส.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๘.           | เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่น<br>ความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร    | -           | คว. ๑๙/๖๖ | ขอแก้ไข                | สสช.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๙.           | เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม ๔ ตำแหน่ง                                         | -           | คว. ๒๐/๖๖ | จัดทำใหม่              | สสช.                  | ๓                              | ๓                              |
| ๑๐.          | เครื่องวัดค่าการย่อยได้ของอาหารสัตว์ใน<br>ห้องปฏิบัติการ                      | -           | คว. ๒๑/๖๖ | จัดทำใหม่              | สอส.                  | ๑                              | ๓                              |

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์