


**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์หัวตรวจระบบสืบพันธุ์และเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด**

1. เป็นชุดอุปกรณ์หัวตรวจระบบสืบพันธุ์และเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด สำหรับใช้งาน OVUM PICK UP เพื่อเก็บไข่ในโค สุกร แพะ และแกะ โดยจะใช้งานร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ ที่มีอยู่เดิมได้
2. เป็นหัวตรวจแบบโค้งขนาดเล็ก (Micro-convex probe)
3. มีรัศมีความโค้งของหัวตรวจไม่เกิน 10 มิลลิเมตร (10R)
4. สามารถเลือกความถี่ได้ 3 ความถี่ คือ 5.0, 7.5 และ 9.0 เมกะเฮิร์ตซ์
5. ความยาวหัวตรวจ 542 มิลลิเมตร สำหรับสอดเข้าช่องคลอด
6. ความยาวโครงเหล็กสำหรับสอดเข็ม 500 มิลลิเมตร
7. มีเข็มสำหรับเจาะเก็บไข่ ขนาดเข็ม 17G x 490 มิลลิเมตร จำนวน 5 เล่ม
8. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...**
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)