

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง แบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 กรัม และสามารถชั่งน้ำหนักจากด้านล่างเครื่องได้
3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.1 มิลลิกรัม
4. มีค่า Linearity ไม่เกิน ± 0.2 มิลลิกรัม และ Repeatability ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม
5. มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง และสามารถใช้น้ำหนักมาตรฐานภายนอก ในการปรับน้ำหนักได้
6. งานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร
7. ฐานของเครื่องชั่งผลิตจากพลาสติกเคลือบสี หรือ Die-cast aluminum
8. สามารถเลือกหน่วยน้ำหนักมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย
9. มีโปรแกรมการใช้งานเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 3 แบบ ได้แก่ การชั่งสัตว์ทดลอง, การนับชิ้น และการชั่งแบบเปอร์เซ็นต์
10. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของสถานที่วางเครื่อง
11. มีฝาครอบชนิดใส ครอบตัวเครื่องชั่ง
12. มี interface ชนิด RS232 หรือ RS232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ผล
13. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 13.1 โตะสำหรับวางเครื่องชั่งด้วยหินอ่อน
 - 13.2 ตูมน้ำหนักสำหรับตรวจเช็คเครื่องขนาด 100 กรัม Class F2 จำนวน 1 ลูก
14. เครื่องชั่งและตู่มน้ำหนักสำหรับตรวจเช็คเครื่องขนาด 100 กรัม Class F2 ได้รับสอบเทียบ ณ สถานที่ตั้งเครื่องมือจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมส่งใบรับรองการสอบเทียบในวันส่งมอบ
15. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 Volt 50-60 Hertz ได้
16. มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
17. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ


19. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
20. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เปลี่ยนสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
21. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
22. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...⁶⁶



(นายเลกชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....อนุกรรมการ
(นางรัตติกาล ปวงแก้ว)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปฐิมา บุตรชา)


.....อนุกรรมการ
(นายราพงษ์ เสนะวีระกุล)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรัสชะ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...⁶⁷


(นายเลกชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์