

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หม้อต้มเครื่องมือแพทย์

1. เป็นหม้อต้มแบบใช้ไฟฟ้า มีผนัง 2 ชั้น ทำจากโลหะสแตนเลส
2. ขนาดภายในของหม้อต้ม (กว้าง X ลึก X สูง) ไม่น้อยกว่า 42 X 18 X 15 เซนติเมตร
3. มีขดลวดความร้อนแบบแช่น้ำเพื่อนำความร้อนและสามารถทำอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 30 - 100 องศาเซลเซียส
4. มีปุ่มตั้งอุณหภูมิสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 - 110 องศาเซนติเกรดหรือองศาเซลเซียส
5. มีฉนวนหุ้มด้วยใยแก้วอยู่ระหว่างผนังชั้นนอกและผนังชั้นในหรือมีระบบป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สัมผัสกับความร้อนโดยตรง
6. มีถาดสำหรับวางเครื่องมือขนาดพอดีกับหม้อต้ม ที่พื้นถาดมีรูลักษณะคล้ายตะแกรง สามารถยกขึ้นลงได้โดยใช้คันโยกซึ่งมีที่จับคันโยกหุ้มด้วยวัสดุกันความร้อน
7. ฝาหม้อต้มทำจากโลหะสแตนเลส มีบานพับยึดติดกับหม้อต้ม และมีที่จับสำหรับเปิดฝาหุ้มด้วยวัสดุกันความร้อน
8. มีไฟสัญญาณ (ชนิดหลอดเรืองแสง) แสดงไฟเข้าเครื่องและแสดงการทำงานของไส้ความร้อน
9. มีสวิตช์เปิด-ปิด และปลั๊กไฟ 3 ขาหรือแบบต่อสายดิน
10. มีวาล์วระบายน้ำแบบบอลวาล์ว ทำด้วยบรอนซ์ ออกจากหม้อต้มอยู่บริเวณหน้าเครื่อง
11. มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostatic switch) เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงเกินหรือมีการตัดการทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
12. กำลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์
13. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50 - 60 hertz ได้
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
15. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.6.7


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริซ์ ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายชโลธร ศรีทหารถ)

.....อนุกรรมการ
(นางหทัยชนก สมสุระ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฐเบศ เนินทอง)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2567

.....
(นายอุดม เจริญจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์