

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตาย่อยชีโอดี

1. เป็นเตาให้ความร้อนแก่หลอดตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ค่าซีโอดี (COD)
2. สามารถทำงานได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 24 หลอด
3. สามารถบรรจุหลอดขนาด 16 มิลลิเมตร ได้
4. สามารถเลือกตั้งเวลาการทำงานได้จนถึง 120 นาที หรือมากกว่า
5. สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิตามโปรแกรมของเครื่องหรือตั้งแต่ 37-160 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า
6. มีความเสถียรของอุณหภูมิ (Temperature Stability) หรือ Accuracy ไม่เกิน ± 2 องศาเซลเซียส
7. ใช้เวลาอุ่นเครื่อง (Warm up) หรือทำอุณหภูมิจาก 20-150 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 15 นาที
8. มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
9. มีฝาครอบบริเวณเตาให้ความร้อน (Protective Lid)
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
17. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
18. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.67.



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



.....ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาร์)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลียงเพชร)

.....อนุกรรมการ

(นายชโลธร ศรีหนารถ)

.....อนุกรรมการ

(นางหทัยชนก สมสุระ)

.....อนุกรรมการ

(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.67

.....

(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์