


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ

1. ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ ประกอบด้วย
 - 1.1 แผ่นความร้อน
 - 1.2 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
2. แผ่นความร้อน มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 320 x 160 มิลลิเมตร
 - 2.2 ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทำจากกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 2.3 มิลลิเมตร
 - 2.3 สามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 75 ถึงไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
3. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ มีลักษณะดังนี้
 - 3.1 มีระบบการควบคุมความร้อนเป็นแบบ PID
 - 3.2 มีจอแสดงผลการควบคุมอุณหภูมิเป็นตัวเลข
 - 3.3 สามารถควบคุมความร้อนในสภาวะอุณหภูมิห้องได้ไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส
 - 3.4 มีค่า accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
4. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
5. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
7. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่
9. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
10. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
11. ส่งมอบและทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...67


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยกุล)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)